



# 発売予定のご案内

## エタネルセプトBS皮下注10mgシリンジ1.0mL「日医工」 エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「日医工」 エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「日医工」 エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「日医工」

この度、2019年3月に共和薬品工業株式会社が製造販売承認を取得しました『エタネルセプトBS皮下注10mgシリンジ1.0mL「日医工」』、『エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「日医工」』、『エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「日医工」』、『エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「日医工」』について、薬価基準収載後、発売を予定しておりますので、下記の通りご案内申し上げます。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

2019年11月

記

### 1 発売日

■発売日：2019年11月薬価基準収載日

### 2 薬価基準収載予定品目

エタネルセプトBS皮下注10mgシリンジ1.0mL「日医工」 1シリンジ

エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「日医工」 1シリンジ

エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「日医工」 1シリンジ

エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「日医工」 1キット

(以上4製品 製造販売元：共和薬品工業株式会社)

### 3 製品情報

#### ■基本情報

- ・薬効分類名：完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプター製剤
- ・規制区分：生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品
- ・貯法：遮光保存、凍結を避け、2～8℃で保存
- ・使用期限：2年

## ■標準品名、各種コード

製品名	<b>エタネルセプトBS皮下注10mgシリンジ1.0mL「日医工」</b>
標準品名 (会社名)	エンブレル <sup>®</sup> 皮下注用10mg (会社名：ファイザー株式会社)
包装規格	1シリンジ
HOT13 <sup>*</sup>	1990027010101
統一商品コード	376-03860-7
調剤包装単位コード	04987376038652
販売包装単位コード	14987376038604

製品名	<b>エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「日医工」</b>
標準品名 (会社名)	エンブレル <sup>®</sup> 皮下注25mgシリンジ0.5mL エンブレル <sup>®</sup> 皮下注用25mg (会社名：ファイザー株式会社)
包装規格	1シリンジ
HOT13 <sup>*</sup>	1990034010101
統一商品コード	376-03870-6
調剤包装単位コード	04987376038751
販売包装単位コード	14987376038703

製品名	<b>エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「日医工」</b>
標準品名 (会社名)	エンブレル <sup>®</sup> 皮下注50mgシリンジ1.0mL (会社名：ファイザー株式会社)
包装規格	1シリンジ
HOT13 <sup>*</sup>	1990041010101
統一商品コード	376-03880-5
調剤包装単位コード	04987376038850
販売包装単位コード	14987376038802

製品名	<b>エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「日医工」</b>
標準品名 (会社名)	エンブレル <sup>®</sup> 皮下注50mgペン1.0mL (会社名：ファイザー株式会社)
包装規格	1キット
HOT13 <sup>*</sup>	1990058010101
統一商品コード	376-03890-4
調剤包装単位コード	04987376038959
販売包装単位コード	14987376038901

※HOT13を追記しました。(2019/11/19更新)

## ■仕様

【エタネルセプトBS皮下注10mgシリンジ1.0mL「日医工」】



【エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「日医工」】



【エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「日医工」】



【エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「日医工」】



- 個装箱には可変情報を含んだGS1コード（販売包装単位コード）を表示します。

<使用説明書>

(シリンジ製品に封入)

エタネルセプトBS皮下注シリンジ「日医工」 自己注射する方へ

注射の準備

- ① 注射する15～30分前に冷蔵庫からシリンジの箱を取り出し、室温に戻します。
- ② 自己注射するための場所を準備します。
- ③ 両手を石鹸で十分に洗います。
- ④ 箱を開封してシリンジをケースから取り出します。

注射のしかた 補助具を使用しない場合

- ① 室温に戻したシリンジとアルコール綿をセッティングシートの上に置きます。
- ② アルコール綿で注射する部位とその周辺を広めに消毒します。
- ③ 針キャップをまっすぐに横に引っ張って外します。
- ④ 皮膚をつまんで注射針を45～60°の角度で刺します。
- ⑤ ゆっくりと内筒を最後まで押し、薬液を注射します。
- ⑥ 注射針を抜いて、アルコール綿で約10秒ほど押さえます。
- ⑦ 注射終了後、シリンジを廃棄します。

注射のしかた 補助具を使用する場合

- ① 室温に戻したシリンジと補助具、アルコール綿をセッティングシートの上に置きます。
- ② アルコール綿で注射する部位とその周辺を広めに消毒します。
- ③ 補助具のレバーを開けます。
- ④ 針キャップ付きのシリンジをセットします。
- ⑤ レバーを矢印方向に閉めると針キャップが外れシリンジがロックされます。
- ⑥ 皮膚をつまんで補助具の底面が皮膚に密着するまで、まっすぐ注射針を刺します。
- ⑦ 補助具をしっかりと持ち、ゆっくりと内筒を最後まで押し、薬液を注射します。
- ⑧ 注射針をまっすぐ抜いて、アルコール綿で約10秒ほど押さえます。
- ⑨ 補助具のレバーを開け、シリンジを補助具から取り出します。
- ⑩ 注射終了後、シリンジを廃棄します。

若年性特発性関節炎に投与する場合

● 薬液量と目盛りの合わせ方  
シリンジの目盛りと目の高さを合わせ、内筒の先端のグレーのゴム部分の上部を指示された薬液量の目盛りに合わせてください。



(ペン製品に封入)

エタネルセプトBS皮下注ペン「日医工」 自己注射する方へ

注射の準備

- ① 注射する15～30分前に冷蔵庫からペンの箱を取り出し、室温に戻します。
- ② 自己注射するための場所を準備します。
- ③ 両手を石鹸で十分に洗います。
- ④ 箱を開封してペンをフィルム袋から取り出します。

注射のしかた 大腿部(太もも)投与の場合

- ① 室温に戻したペンとアルコール綿をセッティングシートの上に置きます。
- ② アルコール綿で注射する部位とその周辺を広めに消毒します。
- ③ キャップをはずし、ペンの緑色の先端を皮膚に直角(90°)に押し当てます。
- ④ ペンの緑色の先端を十分に押し込み、「カチッ」と音がしてから約15秒間そのまま待ちます。
- ⑤ 約15秒後、もう一度「カチッ」と音がして薬液表示窓がピンク色に変わったのを確認し、ペンを直角に皮膚から離します。
- ⑥ 注射部位をアルコール綿で約10秒ほど押さえます。
- ⑦ 注射終了後、ペンを廃棄します。

注射のしかた 腹部(おなか)投与の場合

- ① 室温に戻したペンとアルコール綿をセッティングシートの上に置きます。
- ② アルコール綿で注射する部位とその周辺を広めに消毒します。
- ③ キャップをはずし、ペンの緑色の先端を皮膚に直角(90°)に押し当てます。
- ④ ペンの緑色の先端を十分に押し込み、「カチッ」と音がしてから約15秒間そのまま待ちます。
- ⑤ 約15秒後、もう一度「カチッ」と音がして薬液表示窓がピンク色に変わったのを確認し、ペンを直角に皮膚から離します。
- ⑥ 注射部位をアルコール綿で約10秒ほど押さえます。
- ⑦ 注射終了後、ペンを廃棄します。

## ■サイズ・重量・入数

製品名		サイズ(mm)	重量(g)	入数
エタネルセプトBS皮下注10mgシリンジ1.0mL「日医工」	個装箱	163×53×29	31	-
	元梱包	337×284×166	1,937	50
エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「日医工」	個装箱	163×53×29	31	-
	元梱包	337×284×166	1,907	50
エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「日医工」	個装箱	163×53×29	31	-
	元梱包	337×284×166	1,937	50
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「日医工」	個装箱	163×53×29	45	-
	元梱包	337×284×166	2,597	50

以上