

溶出試験

ヨウ素剤
ヨウ化カリウム丸 50mg 「日医工」
1丸中ヨウ化カリウム 50mg

溶出試験条件

装置	日本薬局方 溶出試験法 パドル法	液量	900mL	温度	37±0.5℃	回転数	50 回転/分
----	------------------	----	-------	----	---------	-----	---------

溶出試験結果

試験液	結果
pH1.2	30分以降に平均85%以上溶出した。
pH4.0	30分以降に平均85%以上溶出した。
pH6.8	30分以降に平均85%以上溶出した。
水	30分以降に平均85%以上溶出した。

備考：ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」は品質再評価における「ヨウ化カリウム 丸剤 50mg」の標準製剤

グラフ凡例

● : ヨウ化カリウム丸 50mg 「日医工」

