

注意喚起表示追記のご案内

ヒアルロン酸ナトリウム関節注 25mg シリンジ「日医工」

医療関係者 各位

謹 啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さてこの度、弊社販売の『ヒアルロン酸ナトリウム関節注 25mg シリンジ「日医工」』につきまして、注意喚起表示を追記しましたので、下記の通りご案内申し上げます。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹 白


記

1. 変更内容

■個装箱

・個装箱に「プラスチックシリンジのため衝撃等による破損の恐れがあります。取り扱いにご注意ください。」(赤○部分)の注意喚起を表示しました。(当面の間はシール対応とさせていただきます。)

* 写真(原寸大ではありません。)



2. 変更品の開始ロットおよび出荷時期

包装規格	統一商品コード	調剤包装単位コード	販売包装単位コード	変更ロット	使用期限	出荷開始時期
10 筒	376-54081-0	04987376540896	14987376540817	LR03	2018年12月	2017年2月中旬

・流通在庫の関係から予定時期が前後することがありますが、何卒ご了承ください。

以上