

小児用につきましては、成人用と使い方が異なる部分がございます。  
製品箱に封入されている「グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30の取り扱い方法と注意点」を併せてご参照ください。

販 売 元:  日医工株式会社  
NICHIKO


製造販売元:  帝國製薬株式会社  
TEIYAKU

## グリセリン浣腸「オヲタ」を安全にご使用いただくために


グリセリン浣腸は、腸の動きを活発にして、硬い便をやわらかく滑りやすくして排出する浣腸剤です。肛門からチューブを挿入して使用するため、直腸を傷つけないよう注意する必要があります。グリセリン浣腸「オヲタ」を安全に使用していただくために、以下の注意点をご確認いただきます様お願いします。

### 使用時の注意点


#### 姿勢




左側を下に横向きに寝て、ひざを軽くお腹の方に曲げ、やや前屈の姿勢(左側臥位)をとります



立った状態での浣腸処置は危険ですので行わないでください



左側臥位




立った状態


左側臥位では、チューブと直腸のカーブしている部分の角度がゆるやかになります。しかし立った状態では、お腹に圧力がかかることによってその角度が鋭角になり、チューブ挿入の際に直腸を傷つけてしまうおそれがあります。通常、グリセリンは腸粘膜から吸収されることはできませんが、腸の粘膜が傷ついてしまうと、傷口からグリセリン液が吸収され、溶血や腎障害などを起こすおそれがあります。

## 挿入



### 成人の場合、チューブ挿入の目安は5~7cmです



- 深く挿入しすぎるとチューブの先端が直腸のカーブしている部分にぶつかり、直腸粘膜を傷つけたり、穿孔につながるおそれがあるため危険です。
- スッパーを5~7の目盛りに合わせてご使用ください。  
(安全な挿入の目安です。)



- 初めにチューブの先端を持って1~2cm挿入し、その後スッパーを持ちながら、ゆっくり挿入してください。
- 挿入途中で抵抗を感じたり不快感が生じた場合は、ただちに中止してください。



肛門から約6~7cm挿入すると、直腸のカーブしている部分にぶつかります。  
そのため、**7cmを超えてのチューブの挿入は危険です。**

**(設定したスッパー位置より深く挿入しないことが重要です)**

また、挿入に際して抵抗が感じられる場合には便や痔などに衝突している可能性があります。無理に挿入したり、勢いをつけて挿入すると、直腸を傷つけたり穿孔をおこす危険があります。

## 注入

### 浣腸液は少しずつゆっくりと注入してください

- 挿入・注入中は大きく呼吸し、お腹の力を抜いてリラックスしてください。
- 挿入・注入中に抵抗を感じたり、不快感が生じた場合には、ただちに中止し、医師に相談してください。

## 抜管

### チューブはスッパーを確認しながら ゆっくり抜き取ってください



## 観察

### チューブを抜き取った後、チューブとスッパーに 血液の付着などが無いか確認してください

- チューブやスッパーに血液が付着している場合、直腸粘膜が傷ついている可能性があります。速やかに医師に相談してください。
- 排便に伴い血圧変動などで気分が悪くなることがありますので充分な観察が必要です。