

ディスポーザブル注腸造影剤「バリエネマLC」 容器変更のお知らせ

医療機関各位

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

さて、この度 弊社販売のディスポーザブル注腸造影剤「バリエネマLC」につきまして、容器チューブの形状を変更いたしましたので、下記の通りご案内申し上げます。

変更の際しましてはお手数をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記


1. 包装変更の理由

- ・チューブ製造元の変更（現行品の製造中止）に伴い、チューブ形状を変更しました。

2. 変更の内容

- ・ノズル・チューブ及びキャップ形状を変更します。内容物の変更はありません。

変更前




チューブ全長
容器全長

キャップ
吐出穴3箇所
目盛あり

容器全長	: 470mm
チューブ全長	: 210mm
チューブ外径	: φ10mm
吐出穴数	: 3穴
チューブ目盛	: あり

変更後



チューブ全長
容器全長

キャップ
吐出穴1箇所
目盛なし

容器全長	: 441mm
チューブ全長	: 180mm
チューブ外径	: 記載なし（細い）
吐出穴数	: 1穴
チューブ目盛	: なし

3. 包装変更品の出荷時期について

包装・規格	JANコード	販売包装単位コード	ロット番号	出荷時期
400mL×5	4987376568715	(01)14987376568712	8KA	2009年6月下旬

- ・製品個装箱に販売元：日医工株式会社及び日医工ロゴマークを追加表示いたします。

4. その他

- ・製品個装箱には「包装変更品」の表示を行います。

以上